



# DEZINFEKCIJAS ŠĶĪDUMS MEDICĪNAS IERĪCĒM UN VIRSMĀM

## ANIOSPRAY QUICK

### DEZINFEKCIJAS ŠĶĪDUMS

Ātra iepriekš notīrītu, neiegremdējamu, neinvazīvu, spirta izturīgu virsmu, medicīnas iekārtu un medicīnas ierīču dezinfekcija. Biocīds: Vispārējām virsmām.

Gatavs lietošanai

- Uz etanola bāzēta formula
- Plašs mikrobioloģiskais spektrs īsā kontakta laikā
- Žūstot neatstāj traipus
- Patīkama smarža
- Bez krāsas



# ANIOSPRAY QUICK

## DEZINFEKCIJAS ŠĶĪDUMS



Aniospray Quick  
1L

Aniospray Quick  
5L

## PRODUKTA RAKSTUROJUMS

- Gatavs lietošanai
- Dzidrs, bezkrāsains šķīdums
- Blīvums: aptuveni 0,9
- pH pie +20°C: aptuveni 5.5

## MIKROBIOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

STANDARDS	CONTACT TIME
EN 13697* (Baktericīds)	30 sek
EN 13697* (raugus iznīcinošs)	30 sek
EN 13697* (Fungicidāls)	5 min
EN 13727* (Baktericidāls)	30 sek
EN 13624* (Raugus iznīcinošs)	30 sek
EN 13624* (Fungicidāls)	5 min
EN 14348* (Tuberkulocodāls)	30 sek
EN 14348* (Mikobaktericidāls)	5 min
EN 14476* (ieskaitot apvalkotos vīrusus)	30 sek
EN 14476* (Ierobežota spektra virucīds) (Adenovirus / Norovirus (MNV))	5 min 30 sek/5 min
EN 16777* (ieskaitot apvalkotos vīrusus)	30 sek
EN 16777* (Ierobežota spektra virucīds) (Adenovirus / Norovirus (MNV))	5 min 30 sek/5 min

\* tīri nosacījumi

## PASŪTĪŠANAS INFORMĀCIJA

PRODUKTS	IEPAKOJUMS	KODS
ANIOSPRAY QUICK	12 x 1L	2084.073
ANIOSPRAY QUICK	4 x 5L	2084.034



**CE**  
0459

**LABORATOIRES ANIOS**  
1, Rue de l'Espoir  
59260 Lezennes  
France

Izplatītājs Latvijā: SIA  
"Medilink" Višķu iela 2 k-1,  
Rīga, LV-1063. 67840380,  
www.medicinasprec.es.lv

**ECOLAB®**

www.ecolab.com

**LABORATOIRES**  
**ANIOS**  
An Ecolab Company

www.anios.com

## DARBĪBAS JOMA

Ātra iepriekš notīrītu, neiegremdējamu, neinvazīvu, spirta izturīgu virsmu, medicīnas iekārtu un medicīnas ierīču dezinfekcija. Biocīds: Vispārējām virsmām.

## LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Gatavs lietošanai. Izmantojiet uz iepriekš notīrītām virsmām un medicīnas ierīcēm. Izsmidziniet uz apstrādājamām vietām, līdz tās ir pilnībā samitrinātas. Uzklāt pietiekamā daudzumā (+/- 40 ml/m<sup>2</sup>). Svarīga ir visu dezinficējamo virsmu pilnīga mitrināšana. Ievērojiet norādīto saskares laiku nepieciešamajai pretmikrobu aktivitātei. Skalošana nav nepieciešama, izņemot vietas, kas paredzētas saskarei ar glotādu. Informāciju par lietošanas biežumu skatiet spēkā esošajā higiēnas plānā. Lūdzu, skatiet ražotāja lietošanas instrukcijas medicīnisko ierīču tīrīšanai un dezinfekcijai. Pirms uzklāšanas pārbaudiet apstrādājamo vietu saderību ar spirtu. Dezinficējamām elektroierīcēm jābūt izslēgtām.

## INGREDIENTS

Etanols (CAS Nr. 64-17-5) 550 mg/g, N,N-didecil-N-metil-poli(oksietil)amonija propionāts (CAS Nr. 94667-33-1) 1,1 mg/g.

## SERTIFIKĀTI

Medicīnas ierīce un biocīds. Pilna antimikrobiālā aktivitāte ANIOSPRAY QUICK lietošanai ir iekļauta zinātniskajā dokumentācijā, kas pieejama pēc pieprasījuma.

## UZGLABĀŠANA

Uzglabāšana: no +5°C līdz +25°C

## MEDICĪNAS IERĪCES UN BIOCĪDU DROŠĀ LIETOŠANA

Lūdzu, izlasiet etiķeti un informāciju par produktu.



TIKAIPROFESIONĀLAILOĒPŠANAI